

Số: 71.... /YCBG-BVĐKTV

Vĩnh Long, ngày 06... tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **Mua thiết bị y tế** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Châu Thanh Hùng phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh SĐT 0975920208.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Số 399 Nguyễn Đáng, Phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long, SĐT: 0294 3862 553.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến trước 17h ngày 17 tháng 11 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị.

STT	NỘI DUNG	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT	ĐVT	SL
1	Tủ an toàn sinh học cấp II	Cung cấp bao gồm: Thận tử chính. Đèn LED, đèn UV-30A-L Bộ lọc ULPA: Hai bộ lọc, lọc được 99,999% khí kích thước 0.3µm Bộ lọc thô: sợi Polyester, có thể rửa được Vận tốc dòng khí: 0.33 +/- 0.025 m/s có thể điều chỉnh Tốc độ lưu thông dòng khí trong buồng: 0.53 +/- 0.025 m/s Hệ thống thổi khí: tuần hoàn, 100% khí xa ra	Cái	01
2	Nồi hấp tiệt trùng tự châm nước SJclave 62l	- Nồi hấp dạng đứng - Dung tích: 62 lít - Loại bơm nước tự động qua hệ thống sensor cảnh báo mực nước - Thang nhiệt độ làm việc : Môi trường đến 130 °C - Kiểm soát nhiệt độ: PT100Ω - Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5°C - Áp suất: 1.2Kgf/ cm2 tại 121°C 2.0Kgf/cm2 tại 132°C - Đồng hồ đo áp suất: 0~ 3Kgf/ cm2 - Cài đặt thời gian: 99h59p	Cái	01

		- Kích thước bên trong nồi: đáy Ø 350 x cao 650 mm - Kích thước giỏ: đáy Ø320 x cao 255 mm - Kích thước ngoài nồi (WxDxH): 600 x 610 x 1110 mm - Bộ vi xử lý nhiệt độ LED - Công suất: 3kW - Nguồn: AC 220V, 60Hz		
3	Máy phân tích tốc độ lắng máu tự động.	- Máy phân tích tốc độ lắng máu theo phương pháp Westergren. - 8 vị trí mẫu. - Công suất: 24 mẫu/giờ - Chạy trực tiếp trên ống EDTA, không tiêu hao mẫu khi sử dụng	Bộ	1 bộ
4	Bộ thẻ thông minh sử dụng trong quá trình xét nghiệm lắng máu	Thẻ thông minh (card) cung cấp thông tin cho phép thực hiện 1200 xét nghiệm trên máy đo tốc độ lắng máu, cho kết quả 1 giờ và 2 giờ - Thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Westergren. - Độ biến thiên CV < 15%	Test	1200
5	Hóa chất kiểm soát chất lượng xét nghiệm phân tích tốc độ lắng máu	Bộ nội kiểm xét nghiệm máu lắng: - Dùng để nội kiểm máy xét nghiệm máu lắng - Gồm 2 ngưỡng giá trị bình thường và cao - Thành phần gồm hồng cầu của động vật có vú lơ lửng trong dung dịch giống với huyết tương cùng chất bảo quản - Bảo quản ở 2-8°C không mở nắp bên đến khi hết hạn dùng - Sử dụng trên máy không cần mở nắp	ml	08
6	Dao đốt điện công nghệ Plasma (Máy Plasma coaglator II)	<u>Phụ kiện kèm theo:</u> 1. Bộ điều khiển lưu lượng 2. Bộ điều khiển Coblator II 3. Bàn đạp chân 4. Tay cầm (Wands) Các loại đầu dò plasma (Osseous Plasma Wands) 1. Đầu dò amydan nâng cao (Advance Tonsil Wand) 2. Đầu dò VA nâng cao (Advance Adenoid Wand) 3. Đầu dò cuộn mũi 1.3mm/ 1.6mm (Turbinate Wand) 4. Đầu dò cầm máu mũi (Nasal Hemostasis Wand) 5. Đầu dò cầm máu mũi có chức năng hút (Suction Hemostasis Wand) 6. Đầu dò thanh quản (Larynx Wand) <u>Thông số kỹ thuật Coblator II:</u> • Nguồn điện vào: 220V ±10% • Tần số: 50Hz ±1Hz • Dòng điện RMS: 2A • Cầu chì: 10A/250V • Tần số cơ bản: 450 kHz	Cái	01

		- Công suất đầu ra: $\leq 300W$, 275Ω - Kích thước máy: $350 \times 350 \times 140$ mm		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm giao hàng cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

3. Thời gian hoàn thành lắp đặt dự kiến: 60 ngày.

4. Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VT- TBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Diệp Duyên Anh